

GMINA PILZNO
ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno
NIP 8722219344, REGON 851661197

IZP.2710.19.2018

Pilzno, dn. 30-08-2018 r.

Na stronę internetową

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego, treningowego, wyposażenia sali doświadczania świata w ramach wyposażenia Środowiskowego Domu Samopomocy w m. Parkosz”.

Część I

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego w ramach wyposażenia Środowiskowego Domu Samopomocy w m. Parkosz

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawa Pzp”, przedstawia poniżej wyjaśnienia odnośnie zapytań zadanych w przedmiotowym postępowaniu, tj.:

„Pozytywne odpowiedzi na poniższe pytania zwiększają zasadę konkurencyjności, dają wyraz dobrych intencji w obszarze dbania o dobry interes zamawiającego oraz zwiększają bezpieczeństwo pod względem zarzutów związanych z naruszeniem ustawy o zamówieniach publicznych.

Niniejszym proszę o odpowiedź na pytania dotyczące przedmiotu zamówienia:”

Pytanie 1

Dot. pozycji nr 1 – UGUL:

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu pozycję UGUL – kabina do ćwiczeń i zawieszęń z przewieszką? Pozytywna odpowiedź na to pytanie, umożliwi zwiększenie konkurencyjności, poprzez przystąpienie do postępowania większej ilości zainteresowanych oraz pozwoli na uzyskanie zdecydowanie niższych cen, co powinno być w interesie zamawiającego.

Ad. 1

Zamawiający, ze względu na zakres I części zamówienia, nie wyodrębni przedmiotowej pozycji do osobnego pakietu. Dalszy podział zamówienia prowadziłby do utrudnienia uczciwej konkurencji.

Pytanie 2

Dot. pozycji nr 2 – osprzęt do UGUL:

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu pozycję osprzęt do UGUL – standard? Pozytywna odpowiedź na to pytanie, umożliwi zwiększenie konkurencyjności, poprzez przystąpienie do postępowania większej ilości zainteresowanych oraz pozwoli na uzyskanie zdecydowanie niższych cen, co powinno być w interesie zamawiającego.

Ad. 2

Zamawiający, ze względu na zakres I części zamówienia, nie wyodrębni przedmiotowej pozycji do osobnego pakietu. Dalszy podział zamówienia prowadziłby do utrudnienia uczciwej konkurencji.

Pytanie 3

Dot. pozycji nr 3 – drabinka:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie drabinki o bokach o wymiarach 30x100mm oraz o szczeblach o wymiarach 30x40mm?

Ad. 3

Zamawiający jako rozwiązanie równoważne dopuszcza w/w drabinkę.

Pytanie 4

Dot. pozycji nr 4 – stół do masażu:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie stołu dwuczęściowego o maksymalnym obciążeniu 150kg, stalowej konstrukcji ramy, malowanej proszkowo, odpornej na zarysowania i obicia o wymiarach: 190cm x 66cm oraz o wysokości regulowanej w zakresie: 44-101cm?

Odpowiedź pozytywna na to pytanie umożliwi zaproponowanie urządzenia, które w takim samym stopniu jest funkcjonalne i można na nim wykonywać zabiegi rehabilitacyjne pacjenta, a różni się jedynie szczegółami technicznymi, które nie mają wpływu na jakość, skuteczność zabiegu i bezpieczeństwo pacjenta.

Ad. 4

Zamawiający nie dopuszcza stołu o dopuszczalnym obciążeniu mniejszym niż 200 kg. Zamawiający akceptuje pozostałe w/w parametry, przy spełnieniu pozostałych wymagań Specyfikacji sprzętu rehabilitacyjnego.

Pytanie 5

Dot. pozycji nr 4 – stół do masażu:

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu pozycję stół do masażu? Pozytywna odpowiedź na to pytanie, umożliwi zwiększenie konkurencyjności, poprzez przystąpienie do postępowania większej ilości zainteresowanych oraz pozwoli na uzyskanie zdecydowanie niższych cen, co powinno być w interesie zamawiającego.

Ad. 5

Zamawiający, ze względu na zakres I części zamówienia, nie wyodrębni przedmiotowej pozycji do osobnego pakietu. Dalszy podział zamówienia prowadziłby do utrudnienia uczciwej konkurencji.

Pytanie 6

Dot. pozycji nr 8 – lustro:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie lustra korekcyjnego o szerokości nieznacznie mniejszej, tj.: 67,5cm, posiadającego naciętą siatkę posturograficzną o wymiarach 10x10cm?

Wymiar ten jest tak niezauważalny, że nie wpłynie w żaden niekorzystny sposób na prawidłowe użytkowanie lustra korekcyjnego.

Pozytywna odpowiedź na to pytanie, umożliwi zwiększenie konkurencyjności, poprzez przystąpienie do postępowania większej ilości zainteresowanych oraz pozwoli na uzyskanie zdecydowanie niższych cen, co powinno być w interesie zamawiającego.

Ad. 6

Zamawiający jako rozwiązanie równoważne dopuszcza lustro o szerokości 67,5 cm, posiadające naciętą siatkę posturograficzną o wymiarach 10x10 cm, przy spełnieniu pozostałych wymagań Specyfikacji sprzętu rehabilitacyjnego.

Pytanie 7

Dot. pozycji nr 10 – lampa do światłolecznictwa:

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu pozycję lampa do światłolecznictwa? Pozytywna odpowiedź na to pytanie, umożliwi zwiększenie konkurencyjności, poprzez przystąpienie do postępowania większej ilości zainteresowanych oraz pozwoli na uzyskanie zdecydowanie niższych cen, co powinno być w interesie zamawiającego.

Ad. 7

Zamawiający, ze względu na zakres I części zamówienia, nie wyodrębni przedmiotowej pozycji do osobnego pakietu. Dalszy podział zamówienia prowadziłby do utrudnienia uczciwej konkurencji.

Pytanie 8

Dot. pozycji nr 13 – tablica do ćwiczeń manualnych z oporem:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie tablicy do ćwiczeń manualnych z oporem o nieznacznie innej regulacji wysokości, tj. 54-86cm, wyposażonej w obciążniki miękkie ze skóry: 5 x 25dkg?

Odpowiedź pozytywna na to pytanie umożliwi zaproponowanie urządzenia, które w takim samym stopniu jest funkcjonalne i można na nim wykonywać zabiegi rehabilitacyjne pacjenta, a różni się jedynie szczegółami technicznymi, które nie mają wpływu na jakość, skuteczność zabiegu i bezpieczeństwo pacjenta.

Ad. 8

Zamawiający jako rozwiązanie równoważne dopuszcza tablicę do ćwiczeń manualnych z oporem o regulacji wysokości 54-86cm, wyposażonej w obciążniki miękkie ze skóry: 5 x 25 dkg, przy spełnieniu pozostałych wymagań Specyfikacji sprzętu rehabilitacyjnego

Pytanie 9

Dot. pozycji nr 14 – rotor:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie rotora kończyn dolnych wykonanego ze stali malowanej proszkowo; Na konstrukcję rotora składa się mechanizm rotacyjny z oporem oraz pedały lub sandały, a w standardzie sprzedawanego z pedałami, posiadającego następujące wymiary:

- Szerokość: 51 cm
- Głębokość: 41 cm
- Waga: 3,5 kg
- Wysokość osi mechanizmu korbowego od podłoża: 22,2 cm?

Odpowiedź pozytywna na to pytanie umożliwi zaproponowanie urządzenia, które w takim samym stopniu jest funkcjonalne i można na nim wykonywać zabiegi rehabilitacyjne pacjenta, a różni się jedynie szczegółami technicznymi, które nie mają wpływu na jakość, skuteczność zabiegu i bezpieczeństwo pacjenta.

Ad. 9

Zamawiający nie dopuszcza w/w rotora.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert (określone w pkt 18 IDW) w następujący sposób tj.:

- termin składania ofert zostaje zmieniony na: **do 06-09-2018 r. do godziny 14:00,**

- termin otwarcia ofert zostaje zmieniony na: **06-09-2018 r. godzina 14:10.**

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Krzysztof Krawiec